

ACREDITACIÓN

F-77

2020-09-15

Revisión: 01

I	II	III	IV	VI				IX
Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Fuerza	Celda de Carga para Dinamómetro Vehicular (Compresión)	Comparación directa	20 N a 2 173 N	0.088 a 0.22	%	0.076 a 0.19	relativa	Lineamientos para la Calibración de Dinamómetros Vehiculares Parte II Anexo I

Lo anterior por conducto de los signatarios autorizados siguientes:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

1. Tomas Hernández Mejía
2. Juan Carlos Hernández Mejía
3. Jordan Brandon Reyna Sepulveda