

ACREDITACIÓN

OP-42

2020-10-21
Revisión: 00

I	II		III	IV	VI			IX
Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Transmitancia espectral rectangular	Material de referencia para escala fotométrica	Medición directa	440 nm a 750 nm (1, 3, 10, 20, 30, 50, 75 y 90) % T	0.006 2	%	0.006 2	Absoluta	

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

Claudia Sofía González Fernández
Tomás Hernández Mejía
Juan Carlos Hernández Mejía
Jordan Brandon Reyna Sepúlveda