

ACREDITACIÓN
TF-23

 2021-02-17
 Revisión: 04

I	II		III	IV	VI			IX
Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Frecuencia	Tacómetros	Comparación directa	0.1 a 4 166 Hz	1.1 E-04 a 4.2 E-07	Hz/Hz	5.8 E-05 a 1.4 E-07	Relativa	Medición
Frecuencia	Generadores de frecuencia (Estroboscopios)	Comparación directa	0.1 a 4 166 Hz	5.9 E -03 a 1.4 E-05	Hz/Hz	5.8 E-03 a 1.4 E-05	Relativa	Generación
Frecuencia	Base de tiempo de: Cronómetros, Temporizadores (Timers) y Controladores de Tiempo	Comparación directa	1Hz a 50 kHz	5.7 E-08	Hz/Hz	3.4 E-08	Relativa	Medición
Tiempo	Cronómetros, Temporizadores (Timers) y Controladores de Tiempo	Comparación directa	1s a 86 400s	5.9E-04 a 6.8E-08	s/s	1.9E-05 a 1.3E-08	Relativa	Medición

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

Tomás Hernández Mejía
 Jordan Brandon Reyna Sepulveda
 Juan Carlos Hernández Mejía