

ACREDITACIÓN

TF-28

2021-07-21  
Revisión: 02

I	II		III	IV	VI			IX
Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Frecuencia	Tacómetros	Directa	0,5 Hz a 1 666 Hz	5,7 E-05 a 9,6 E-03	Hz/Hz	5,6 E-05 a 5,8 E-04	Relativa	Generación y Medición

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

Armando Vicencio Palencia  
Fidel Garrido Betanzos  
Víctor Emmanuel Delgado Amador  
Daniel Ortiz Rodríguez  
Julio Domínguez Pallares