

ACREDITACIÓN

V-63

2021-07-14
Revisión: 11

| Servicio de Calibración o Medición | | | Intervalo o punto de medida | Incertidumbre expandida de medida | | | | Observaciones |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Magnitud | Instrumento de medida | Método de medida | | Valor numérico de la unidad | unidad de medida | Contribución del laboratorio | ¿Inc.relativa o absoluta? | |
| Volumen | Tanques Moviles (Auto-tanque y Carro-tanque) Calibración: Marca, NICE o Índice | Método de transferencia volumétrica utilizando un medidor maestro. | de 5 000 L a 120 000 L | 0.14 | % | 0.13 | Relativa | Calibración en sitio. |
| Volumen | Tanques Fijos (Tanques verticales, horizontales e irregulares) | Método de transferencia volumétrica utilizando un medidor maestro. | de 5 001 L a 200 000 L | 0.18 | % | 0.15 | Relativa | Calibración en sitio. |
| Volumen | Tanques Fijos (Tanques verticales, horizontales e irregulares) | Método de transferencia volumétrica utilizando un medidor maestro. | de 5 001 L a 200 000 L | 0.21 | % | 0.18 | Relativa | Calibración en sitio. |

Lo anterior por conducto de los signatarios siguientes:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

1. Migdalia Hernández Escamilla